

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Số: 1789 /BVQTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tân Phú, ngày 15 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện quận Tân Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quận Tân Phú.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và Tên: DS. Phan Thanh Sang.
 - SĐT: 028.5408.8924.
 - Địa chỉ email: vtttbyt1.bvq@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: trong hai cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện quận Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM
 - Nhận qua email: Quý công ty/ nhà cung cấp gửi file excel và bản scan có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: vtttbyt1.bvq@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 29 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) (Theo danh sách đính kèm).
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - + Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện quận Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.
 - + Thời gian cung cấp tối đa: 90 ngày.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỉ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng (nếu có).
- Các thông tin khác:

- Biểu mẫu chào giá theo mẫu đính kèm.
- Thư xác nhận ủy quyền, nhà phân phối (nếu có).
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ/BVQTP;
- Phòng QLCL (Đăng Wed BV);
- Lưu VT, P.VTTBYT.



Nguyễn Thanh Trường



**DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ
THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**
(Đính kèm công văn số 1789 /BVQTP- VTTBYT ngày 15 tháng 8 năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Vòng bí huyết áp	- Size M (cỡ 22-32cm). - Tương thích với máy đo huyết áp điện tử tự động Omron. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100%. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt sau khi thay phụ kiện	1	Cái
2	Bóng đèn hồng ngoại	- Bóng đèn hồng ngoại 220V – 250W. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100%. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt sau khi thay phụ kiện	6	Cái
3	Cảm biến SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn	- Cảm biến dùng để đo cho người lớn. - Dây cảm biến dài 1m. - Tương thích với máy Nonin. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện,	1	Cái
4	Dây cáp điện tim	- Chân cắm dây cáp điện tim có 15 chân (15 Pins) tiêu chuẩn. - Chui cắm vào điện cực dạng thẳng, cỡ 3mm. - Dây cáp ECG có đánh dấu màu sắc và tên kí hiệu điện cực. - Cáp ECG có 10 dây (10 lead wires), chia thành từng nhóm riêng. Nhóm 6 dây cho điện cực trước ngực, nhóm 4 dây cho điện cực kẹp chi. - Tương thích với máy điện tim Fukuda. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện,	1	Cái
5	Dây điện châm	- Tương thích với máy châm cứu KWD808I. - Loại giắc vuông. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100%.	30	Sợi

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		- Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt sau khi thay phụ kiện		
6	Board nguồn chính-230V	- Board nguồn tương thích với máy chụp phim nha KTS Model: CS2100, hãng sản xuất: Carestream dental. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện.	1	cái
7	Đầu dò siêu âm B/ B-scan Probe	*Đầu dò: - Đầu dò nhỏ gọn và chứa đầy dầu - Tần số: 10 MHz ($\pm 15\%$) - Dạng quét: quét cơ học hình quạt - Góc quét: 60o - Tốc độ quét: 10 Hz - Công suất siêu âm cực đại: MI – 0.23 hoặc ít hơn. * Chức năng hiển thị: - Phạm vi quét: 35mm hoặc 50mm tính từ khoảng cách 2mm từ đỉnh của đầu dò ($\pm 10\%$) (Vận tốc sóng âm trung bình 1550 m/s) - Thang màu xám (thang màu): 256 mức (thang màu có thể được hiển thị) - Chế độ hiển thị: B-scan, CV (B+BIO) - Hình dạng sóng của chế độ BIO được xác định bằng cross-vector được hiển thị cùng với hình ảnh mặt cắt ngang - Lưu hình ảnh B-scan: hình ảnh chế độ CV có thể được lưu lại – tối đa 12 hình ảnh tĩnh - Lưu hình ảnh tĩnh đến USB - Lưu khoảng 20 giây hình ảnh động (sẽ bị xóa khi tiếp tục đo trở lại) - Hiển thị nhiều hình ảnh B-scan: Tối đa hiển thị được 4 hình ảnh đã lưu trên 1 màn hình - Phóng đại hình ảnh B-scan: Hình ảnh chế độ CV (chiều sâu đo 35mm hoặc 50mm) có thể được phóng đại (x2.5, x5) - Độ chính xác hiển thị: $\pm 20\%$ (khi sử dụng in hình ảnh (video printer)) * Chức năng đo: - 2 bộ thước đo (calipers) (độ chính xác đo khoảng cách giữa hai điểm $\pm 10\%$) - Vùng đo (độ chính xác của vùng đo $\pm 10\%$)	1	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		* Độ nhạy: - Cho độ nhạy đo trường gần (TGC): 0 – 20 dB - Cho độ nhạy đo toàn phần (GAIN): 0 đến 90 dB. * Tỷ lệ: - Thước đo hình ảnh siêu âm chia vạch 1mm (khoảng 5mm được đánh dấu bằng một vạch trung bình, khoảng 10mm được đánh dấu bằng một vạch dài) *Độ phân giải: - Độ phân giải khoảng cách: 1mm - Độ phân giải ngang: 1 mm * Tương thích với máy siêu âm mắt AB US-4000. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện.		
8	Màn hình cho máy điện tử trường MAG-Expert Hãng sản xuất: Physiomed	- Màn hình LCD. - Tương thích với máy điện tử trường MAG-EXPERT. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện.	2	Cái

Đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Email:

BẢO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện quận Tân Phú

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện quận Tân Phú, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về lĩnh năng, thông số kỹ thuật, các tài liệu liên quan của thiết bị y tế và các tài liệu theo Mục 5 của Yêu cầu báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Thời gian bảo hành:..... (ghi rõ thời gian bảo hành sau khi nghiệm thu).
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày..... tháng..... năm.....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

